

医03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

タケトラ ニトリル手袋

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

合成ゴムを主材料とし、副材料に打粉を含まない（パウダーフリー）、未滅菌の使い捨て形式の検査・検診用手袋である。

〔主要寸法〕

**掌幅: SS 70±10mm, S 80±10mm, M 95±10mm, L 110±10mm
(ホワイト、ブルー)

全長: 240mm以上 及び 290mm以上

**厚さ: 指部 0.06mm以上、掌部 0.05mm以上

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

小箱取り出し口より本品を丁寧に取り出して使用する。

【使用上の注意】

1. 使用注意:

患者及び使用者の体質によっては、かゆみ、かぶれや発疹等が発生することがあるので、異常を感じた場合には、直ちに使用を中止すること。必要に応じて、医師に相談し適切な処置を行うこと。

2. 重要な基本的注意:

1) 薬品や薬液等によっては膨潤したり、浸透したりする場合があるので、確認して使用すること。

2) 包装が破損しているものや、汚れているもの、製品そのものに異常（破損やピンホール等）が見られるものは使用しないこと。

3) 刃物等の鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開くことがあるので注意すること。

4) 複数の患者には使用しないこと。

3. その他の注意:

使用後の本品は、感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する。包装開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、エックス線機器等に近づけないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎
神奈川県横浜市瀬谷区御本町 9279-69

製造業者 株式会社 竹虎 東日本物流センター
WRP ASIA PACIFIC SDN. BHD. (マレーシア)
Wear Safe (Malaysia) SDN. BHD. (マレーシア)
Shandong Intco Medical Products Co., Ltd (中国)
*山九株式会社大阪支店南港リテール物流センター
**Top Quality Glove Sdn. Bhd. F31 (マレーシア)

発売元 株式会社 竹虎
商品に関するお問い合わせ先 フリーダイヤル 0120-094-315