

医04 整形用品  
一般医療機器 医療脱脂綿 (JMDNコード70975000)

## 滅菌 テトラメン

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 体内に留置しないこと

### \*\*【使用上の注意】

- \* 包装開封後、速やかに使用すること。
- \*\* 個包装開封後は全量を消費すること。(滅菌状態が保てないため)

### \*\*【形状・構造及び原理等】

#### \*\*■ 形状

綿100%の脱脂綿。白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はない。本品はエチレンオキサイドガス滅菌済みである。

#### \*\*■ 材質

セルロース

#### \*\*■ 原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

### \*【保管方法及び有効期間等】

- ・ 保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温で保管すること。
- \* 有効期間：容器又は被包に表示【自己認証（自社データ）による】

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

**株式会社エフスリー**

愛知県名古屋市西区笠取町3-415

TEL 052-522-5226

発売元

\*\* 株式会社 竹虎 メディカル事業部

お問い合わせ先 0120-094-315

### 【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

医04 整形用品  
一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

## 滅菌ソフラテトラメン

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

### 【形状・構造及び原理等】

本品は、綿100%の脱脂綿をエチレンオキサイド滅菌したものである。綿繊維の吸水性を利用し、液の吸収又は止血を行う。

### 【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用する。

### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

### 【使用上の注意】

- ・個包装が開封、破損又は汚損している場合は、滅菌品として使用しないこと。
- ・個包装開封後は全量を消費すること。（滅菌状態が保てないため）
- ・個包装開封後、速やかに使用すること。
- ・使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法  
直射日光、水濡れ及び火気を避け、高温・多湿でない清潔な場所に保管すること。
- 使用期限  
使用期限【自己認証（自社データ）による】を、袋及び外装に記載。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎  
神奈川県横浜市瀬谷区卸本町 9279-69

商品に関するお問合せ先 0120-094-315